

# 化学与环境工程学院实验室安全检查通报

【2021】第 1 期

检查时间：2021 年 1 月 14 日

检查范围：教学实验室和部分学科实验室

检查人员：张纪霞、叶招莲、刘玉海、赵兴红

## 各实验室安全责任人：

2021 年 1 月 14 日下午，我院实验室安全工作小组按照《化学与环境工程学院实验室安全检查表》对教学和部分学科实验室进行了安全检查，同时对寒假期间实验室安全工作提出了要求。现将检查发现的问题通报如下。

1. 化工专业实验室：管制化学品使用记录不规范；
2. 有机化学实验室：管制化学品使用记录不规范；
3. 环境微生物实验室、精细化工实验室：实验室门打开，但无人值守，精细化工实验室管理员不在岗；
4. 仪器分析实验室：管制化学品无使用记录，无清单；
5. 资源实验室：管制化学品使用记录不规范；
6. 5-211，宋肖锴学科实验：管制化学品存放不规范；大于 40 平米的实验室未留备用安全出口；
7. 5-206，黄寿强学科实验：管制化学品存放不规范；无使用记录，无清单；真空泵管不规范；配置的溶液敞口放置；
8. 5-209，赵松建学科实验：管制化学品存放不规范，清单有错误，无使用记录。

请各实验室安全负责人重视实验室安全工作，积极整改。

